

核磁共振乳腺线圈配件采购项目

单一来源论证专家签到表

序号	姓名	工作单位	专业	联系方式
1	李汉学	汉中市中心医院	医学设备	18192885076
2	田琰磊	西安医院	医学设备	15091897005
3	许淑斌	陕西省肿瘤医院	医学设备	13312296225

论证时间：2024年10月28日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨海英	
	职称: 教授	
	工作单位: 西安交通大学	
项目信息	项目名称: 核磁共振乳腺线圈配件采购项目	
	标段号: /	
	供应商名称: 陕西盛世安泰医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	陕西西安交通大学医院现有 Philips Prodrive 1.5T CX 核磁共振, 现因工作需要拟采购与之配套的乳腺线圈。为了确保设备使用的安全性、图像质量的稳定性、准确性, 专机专用完美匹配, 同意以单一来源方式采购该乳腺线圈。陕西盛世安泰医疗科技有限公司为飞利浦(中国)正式授权的售后服务经销商, 故由该公司为该项目的唯一供应商。	
专业人员签字	杨海英	日期: 2024 年 10 月 28 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许淑娥	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 陕西省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 核磁共振乳腺线圈配件采购项目	
	标段号: /	
	供应商名称: 陕西盛世安泰医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟采购的核磁共振乳腺线圈是为在用的 Philips Prodrive 1.5T CX MRI 所购置的核磁配件, 属专用配件, 只有使用同品牌、同规格的产品才能与现有设备完全匹配和兼容。目前市场上无第三方产品可取代, 为保证该设备安全稳定运行, 建议同意采用单一来源方式进行采购。 由取得本项目合法授权的陕西盛世安泰医疗科技有限公司提供产品和服务。	
专业人员签字	许淑娥	日期: 2024年 10月28日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李汉学	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 西安交大二附院	
项目信息	项目名称: 核磁共振乳腺线圈配件采购项目	
	标段号: /	
	供应商名称: 陕西盛世安泰医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目拟购的核磁共振乳腺线圈配件 是该院在用的philips公司生产的prisma 1.5T CX核磁共振配套使用的专用部件, 市场 为该产品在性能上无法满足与该设备匹配 配. 因此. 建议单一来源采购. 该项目由philips公司对该项目的指定代理 商“陕西盛世安泰医疗科技有限公司”提供 产品。	
专业人员签字		日期: 2024年10月28日

单一来源采购方式专业人员论证意见汇总表

项目信息	项目名称：核磁共振乳腺线圈配件采购项目	
	标段号：/	
	供应商名称：陕西盛世安泰医疗科技有限公司	
专业人员论证意见汇总	该项目拟购核磁共振乳腺线圈配件是该院在用的philips公司生产的prodiva 1.5T CX核磁共振配套使用的专用部件，目前市场第三方产品无法与该设备完全匹配使用，因此，建议本项目采用单一来源方式采购。 该项目由philips公司针对该项目的指定授权代理商“陕西盛世安泰医疗科技有限公司”提供产品。	
论证小组 签字	杨海晶 许崇斌 唐子	日期：2024年12月28日